

南京市职业病防治院64排螺旋CT采购

招标文件

项目编号： J T C C - 2 1 1 7 A M 0 9 2 7

采购人： 南 京 市 职 业 病 防 治 院

采购代理机构： 江 苏 省 招 标 中 心 有 限 公 司

2021年04月

目 录

第一章 供应商须知	3
一、总则.....	3
1. 适用范围.....	3
2. 合格的供应商.....	3
3. 投标费用.....	3
4. 法律适用.....	3
5. 招标文件的约束力.....	3
二、招标文件.....	4
6. 招标文件的组成.....	4
7. 招标文件的澄清或修改.....	4
三、投标文件.....	4
8. 投标文件的语言及度量衡.....	4
9. 投标文件的组成.....	5
10. 投标报价.....	5
11. 投标货币.....	5
12. 投标保证金.....	5
13. 投标有效期.....	6
14. 投标文件的签署、形式及装订.....	6
四、投标文件的递交.....	7
15. 投标文件的密封及标记.....	7
16. 投标截止时间.....	7
17. 迟交的投标文件.....	7
18. 投标文件的修改和撤回.....	7
五、开标及评标.....	8
19. 开标.....	8
20. 评标委员会.....	8
21. 对投标文件的资格性审查和符合性审查.....	9
22. 投标文件的澄清.....	9
23. 评标及定标.....	10
24. 评标过程保密.....	10
25. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理.....	10
六、授标及签约.....	11
26. 定标原则.....	11
27. 质疑处理.....	11
28. 中标通知.....	11
29. 签订合同.....	12
30. 招标代理服务费.....	12
第二章 合同条款及格式	13
第三章 投标邀请	17
一、招标主要内容.....	17
二、合格供应商的资格要求（本项目为资格后审）.....	18
三、评标办法.....	19

四、样品	22
五、有关招投标的事务和本项目的更正通知	22
第四章 招标技术规格及要求	23
第五章 投标文件格式	31
一、投标函、投标报价及项目相关文件	33
1. 投标函	33
2. 开标一览表	34
3. 报价明细表	35
二、资格证明文件	36
三、其他相关文件	37
1. 法人授权委托书	37
四、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件的实施方案	38
1、商务条款偏离表	38
2、技术要求响应/偏离表	39
3、相关业绩	40
4、获奖情况	41
5、相关认证	42
6、技术方案	43
7、投入项目人员	43
8、售后服务方案	43
五、其他针对“第三章 投标邀请”中“评标办法”的相关内容	44
六、政府采购政策	44
(一) 政府采购促进中小企业发展政策	44
(二) 政府采购节能产品政策	48
(三) 政府采购环境标志产品政策	49

第一章 供应商须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）组织的招标活动。

1.2 采购人指南京市职业病防治院。

2. 合格的供应商

2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务，并符合招标文件第三章“合格供应商的资格要求”的投标单位均为合格的供应商。

2.2 供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并符合此招标文件的规定。

2.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

3. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加投标有关的全部费用。

4. 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5. 招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由以下部分组成，包括：

第一章 供应商须知

第二章 合同条款及格式

第三章 投标邀请

第四章 招标技术规格及要求

第五章 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

7. 招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可对招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或修改，并以书面通知的方式通知所有招标文件收受人。

7.2 该澄清或修改的内容公告将作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

7.3 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的最后的澄清或修改为准。

7.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并按7.1条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

三、投标文件

8. 投标文件的语言及度量衡

8.1 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有

中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

8.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

9.1.1 投标函、投标报价及相关证明文件。

9.1.2 供应商资格证明文件。

9.2 招标文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

9.3 若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.2 采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，金额按招标文件第三章要求执行。

12.2 投标保证金必须在现场签名报到之前交纳。

12.3 投标保证金的交纳形式招标文件第三章要求执行。

12.4 若供应商不按第 12.1、12.2和12.3条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒

绝接受。

12.5 投标保证金的退还

12.5.1 中标供应商的投标保证金在其支付招标代理服务费后退回。

12.5.2 落标的供应商应在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内向采购代理机构申请无息退还投标保证金。

12.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内放弃或撤回投标；
- (2) 中标供应商不按第29条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为从开标之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14. 投标文件的签署、形式及装订

14.1 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件第五章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

14.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

14.4 投标文件须固定装订成册。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封及标记

15.1 供应商应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

15.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（1）项目编号及项目名称：

（2）分包号（如有）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

15.3 投标文件未按第 15.1和 15.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16. 投标截止时间

16.1 供应商须在招标文件第三章“投标邀请”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

16.2 若采购代理机构按7.4条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17. 迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

18.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 15.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

五、开标及评标

19. 开标

19.1 采购人、采购代理机构按招标文件第三章“投标邀请”规定的时间和地点开标。

19.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

19.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

19.4 开标时，供应商或供应商推选的代表将查验投标文件密封情况，确认无误后采购代理机构拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.5 若投标文件未密封，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第12条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

19.6 按照第18条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

20. 评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选供应商。

21. 对投标文件的资格性审查和符合性审查

21.1 资格性审查的内容包括：

- (1) 资格证明；
- (2) 投标保证金；

21.2 符合性审查的内容包括：

- (1) 投标文件的有效性(签署情况等)；
- (2) 投标文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；
- (3) 对招标文件的响应程度(是否存在重大负偏离等)。

21.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

21.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

21.4.1 开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

21.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

21.4.5 若供应商不同意以上修正，投标文件将视为无效。

22. 投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

22.2 评标委员会认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

22.3 供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

22.4 并非每个供应商都将被询标。

23. 评标及定标

23.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

23.2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

24. 评标过程保密

24.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

24.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

25. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

25.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3 供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

六、授标及签约

26. 定标原则

26.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选人供应商。

26.2 评标结束后,可由采购人,必要时可邀请采购代理机构对评标委员会推荐的中标候选人供应商进行考察,若无其他情况按照评标报告中推荐的中标候选人供应商顺序确定中标供应商。

26.3 供应商出现下列情况之一的,将被取消中标候选人资格:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 不符合法律、法规的规定。

27. 质疑处理

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起的规定时间内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑,必须在规定时间内一次性提出。非书面形式、规定时间之外以及匿名的质疑将不予受理。

28. 中标通知

28.1 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商,并向中标供应商发出中标通知。

28.2 中标供应商收到中标通知书后,须立即以书面形式回复采购代理机构,确认中标通知书已收到,并同意接受。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还,给采购人和采购代理机构造成损失的,供应商还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后,中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意,中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同,中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的,中标供应商还应承担相应赔偿责任。

30. 招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书时需按中标金额的7%向招标代理机构支付招标代理服务费。费用一次付清,同时需代采购人支付评审专家费用。

第二章 合同条款及格式

(说明：本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考)

南京市政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：_____

使用单位：_____

供货单位：_____

签订日期：_____

南京市工商行政管理局

南京市财政局 监制

采购人（以下称甲方）：

投标人：（以下称乙方）

住所地：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省招标中心有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：_____

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款 本合同项下服务单价为_____（大写）人民币，总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于_____号采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。维保期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
- 3、付款条件：按照采购文件约定。

第九条 违约责任

- 1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
- 3、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
- 4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
- 5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
- 6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
- 7、维保期满前，若乙方未按时、按甲方要求提供相关文档资料，或不配合甲方做好下一维保年度的衔接工作的承担违约责任，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

第十条 合同的变更和终止

- 1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
- 2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

乙方（投标人）：（盖章）

代表人：

代表人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

日 期： 年 月 日

第三章 投标邀请

江苏省招标中心有限公司受南京市职业病防治院的委托，拟对 64 排螺旋 CT 采购项目，进行公开招标采购，并提请注意以下事项：

一、招标主要内容

序号	项目	具体内容
1	采购人	名称：南京市职业病防治院 地址：南京市花园路4号 联系方式：025-85473122（刘老师）
2	项目名称	64排螺旋CT采购项目
3	采购方式	公开招标
4	项目编号	JTCC-2117AM0927
5	采购项目预算及最高限价	600万元人民币
6	采购代理机构	江苏省招标中心有限公司 项目负责人：叶婷 电话：18651814296
7	供应商 (文件中也称投标人)	响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标）
8	投标保证金	无
9	投标保证金递交方式	无
10	招标文件发售时间、地点及售价	时间：2021年4月25日至2021年4月30日（节假日除外）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（北京时间）； 地点：电汇购买，江苏省南京市鼓楼区西康路7号5楼507办公室 售价：免费获取。
11	投标文件递交	截止时间：2021年5月19日14时30分（北京时间） 地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1602开标室，江苏省招标中心有限公司 因疫情防控需要，建议各投标人将投标文件通过可靠的方式，在投标截止时间前，邮寄或送达到江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1605室江苏省中标中心有限公司，具体快递收件人：叶婷，联系电话：18651814296。 文件寄出后，请发送短信到快递收件人联系号码告知：供应商名称+所投标项目编号+快递公司名称+快递单号。

序号	项目	具体内容
		请考虑文件在途时间，投标文件必须在投标文件接收截止时间（投标截止时间）前寄送到，逾期送达的文件将不予接收。
12	投标文件数量	正本份数：壹份 副本份数：伍份
13	开标	时间：同投标文件递交截止时间 地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1602开标室，因疫情防控需要，本项目采取不见面开标模式，投标人不参加项目开标仪式。
14	投标文件有效期	从开标之日起计算的九十天
15	投标货币	人民币
16	采购项目类型	货物采购项目
17	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	医疗设备
18	其他规定	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

二、合格供应商的资格要求（本项目为资格后审）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体为：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函原件（自行编写）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）、距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴

纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

(5) 参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

(2) 采购代理机构将通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(4) 本项目不接受联合体投标。

三、评标办法

(一) 本项目按照综合评分法评标。

(二) 供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将被做无效投标处理：

- 1) 不满足招标文件对合格供应商的资格要求的；
- 2) 供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；
- 3) 供应商在投标文件中提供的货物及/或服务对于招标文件“第四章 项目采购需求”的标注

- “★”指标的任何负偏离或不能提供实质性满足证明的；
- 4) 供应商在投标文件中对于《合同条款及格式》和商务条款的任何负偏离；
 - 5) 资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；
 - 6) 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；
 - 7) 投标文件或投标有效期不足的；
 - 8) 投标文件中提供虚假或失实资料的；
 - 9) 未按照招标文件规定的方式购买招标文件的；
 - 10) 投标报价超过项目预算或者最高限价的；
 - 11) 评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

(三) 本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。

具体打分方法如下：

序号	评标因素	分值	分项/描述	分项分值	评分标准
价格评审因素及评分标准30分					
1	评标价格	30	投标总价或经评标委员会修正的投标总价	30	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 (得分保留两位小数)
商务评审因素及评分标准20分					
2	商务评分	20	投标文件编制质量	4	根据投标文件的编制质量评审打分。投标文件内容编制完整、齐全且思路清晰得4分；文件内容编制欠佳得2分；其他不得分。
			相关业绩	3	考虑2018年1月1日以来(以合同签订日期为准)采购产品制造商生产的与本项目同类产品的销售业绩，每项加0.5分，满分3分。投标文件中必须提供体现以上评分要素的合同主要内容的复印件加盖公章。
			采购产品影响力	4	综合考虑供应商所投产品的影响力。评委可根据供应商所提供的证明材料情况，所提供材料详尽合理得4分，欠佳得2分，其余得1分。供应商需自行提供相关证明材料(未提供证明材料

					的不得分)。
			售后服务承诺	7	售后服务响应情况：根据投标文件提供的售后服务响应情况，是否由 设备制造商提供 质保期内售后服务，根据售后服务能力、售后服务内容、售后服务便捷程度等内容评审打分。所提供内容完善详尽得7分，内容欠佳得5分，内容一般得3分，差不得分。
			保修期	2	整机保修一年得2分。
技术评审因素及评分标准50分					
1	技术评分	50	技术参数及性能	50	<p>功能及技术参数、配置完全符合招标要求的得满分50分。</p> <p>注“★”的为重要技术指标，若负偏离则其投标无效；</p> <p>注“▲”参数如达不到技术规格中的所要求（以生产厂家印制的样本或说明书为准），每项减3分；</p> <p>其余技术指标出现负偏离的每一项扣1分，扣完为止。</p> <p>投标人须对照招标技术参数要求在技术偏离表中逐条列出具体参数及响应情况。投标人应提供生产厂家印制的产品样本或说明书，样本及说明书中应包括但不限于注“▲”参数的具体数值（如样本中没有注“▲”参数，则视同不响应），技术偏离表中的响应数值如在样本及说明书中均有，以样本及说明书为准。</p>
	总分	100		100	
			信用等级	5	三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。
			诚信指数	-10	诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。

（四）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。（提供小微企业声明函，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企

业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

四、样品

无。

五、有关招投标的事务和本项目的更正通知

有关招投标的事务可以与采购代理机构联系，联系人：叶婷、联系电话：18651814296，通讯地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1605室。本项目的更正通知见本项目招标公告发布媒体。

第四章 招标技术规格及要求

项目名称：64排螺旋CT

数量：1套

价值：600万元人民币以内

设备用途：早期肺癌DR胸片难以发现，我院购买64排螺旋CT设备后，健管中心的职业性和健康体检可以选做胸部CT，为肺癌筛查带来便利，我院职业病科老年病人多，住院病人检查CT非常不便，安装CT后可以免除到外院检查CT来回奔波，方便老年病人检查。同时职业病诊断办公室尘肺诊断也需要CT排除其他疾病。

一、主要技术规格及系统概述：

高档多排螺旋CT招标技术参数规格

概述：本次招标采购设备为高端64排螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。

设备技术规格及要求：

序号	招标要求
1.	设备名称： 高端64排128层螺旋CT系统
1.1	设备数量： 一套
1.2	设备用途： 全身扫描的临床应用和临床研究
1.3	制造厂商： 投标人说明
1.4	设备型号： 投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本
2.	主要技术规格
2.1	扫描架系统
▲2.1.1	扫描架孔径： ≥72cm
2.1.2	驱动方式： 投标人说明
2.1.3	滑环类型： 低压滑环
2.1.4	冷却方式： 高效风冷（如有水冷机请加配）

★2.1.5	探测器类型：新型集成化探测器(要求提供时空探测器、Gemstone探测器、Stellar探测器、Nano panel探测器)，提供技术白皮书证明
★2.1.6	探测器Z轴覆盖宽度： ≥ 40 mm 提供技术白皮书证明
2.1.7	采用动态双焦点技术：标准
2.1.8	最薄采集层厚： ≤ 0.625 mm
2.1.9	两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作。
2.1.10	可在扫描床旁进行患者体位选择，扫描协议选择等操作。
2.1.11	配备触控屏，并支持触控和手势操作。
▲2.1.12	所投产品首次注册时间为2018年及以后最新机型
2.2	扫描床系统
2.2.1	病人床可扫描垂直升降范围： ≥ 45 cm
2.2.2	病人床可扫描垂直升降最低高度： ≤ 53 cm
▲2.2.3	病人床水平可扫描范围： ≥ 186 cm
▲2.2.4	病人床水平移动最高速度： ≥ 300 mm/s
▲2.2.5	病人床水平移动最低速度： ≤ 1 mm/s
2.2.6	病人床承重量： ≥ 205 kg
2.3	X线球管及高压发生器
★2.3.1	球管阳极物理热容量： ≥ 7.5 MHU 提供技术白皮书证明
2.3.2	球管电流设置：5—667mA
2.3.3	球管最大电流： ≥ 667 mA
2.3.4	球管最小电流： ≤ 5 mA
2.3.5	球管电流递增幅度： ≤ 1 mA
★2.3.6	球管最大电压： ≥ 140 KV 提供技术白皮书证明
▲2.3.7	球管最小电压： ≤ 70 KV
▲2.3.8	球管大焦点： ≤ 1.0 mm ²
▲2.3.9	球管小焦点： ≤ 0.5 mm ²
2.3.10	球管类型：动态飞焦点球管
2.3.11	发生器功率： ≥ 55 kW

2.3.12	球管阳极靶面直径： $\geq 200\text{mm}$
2.4	扫描参数和图像质量
2.4.1	最短扫描时间： $\leq 0.5\text{s}/360^\circ$
2.4.2	具备128层/圈扫描成像技术
2.4.3	重建视野： $5\sim 50\text{cm}$
2.4.4	定位片扫描长度： $\geq 186\text{cm}$
2.4.5	定位片扫描宽度： $\geq 50\text{cm}$
2.4.6	定位片计划：双定位
2.4.7	螺距连续可调： $0.5-1.5$
▲2.4.8	单次连续螺旋扫描： ≥ 120 秒
2.4.9	X-Y轴空间分辨率： $\geq 16\text{LP}/\text{cm}@0\%\text{MTF}$
2.4.10	密度分辨率： $\leq 2\text{mm}@0.3\%$
▲2.4.11	噪声： $\leq 0.18\%$
2.4.12	CT值范围： -1024 到 $+3071$
2.4.13	标准图像重建矩阵： $\geq 512\times 512$
2.4.14	高图像重建矩阵： $\geq 768\times 768$
2.4.15	超高图像重建矩阵： $\geq 1024\times 1024$
2.5	计算机
2.5.1	主CPU型号：最新规格型号
2.5.2	内存： $\geq 32\text{GB}$
2.5.3	图像硬盘容量： $\geq 2\text{TB}$
2.5.4	图像存储量： $\geq 500,000$ 幅(512矩阵不压缩图像)
2.5.5	存储系统：DVD-RW
2.5.6	图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能
2.5.7	自动语言提示功能：标配
2.5.8	操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配
2.6	临床应用软件

2.6.1	专业测量手段；
2.6.2	体积测量；
2.6.3	空间测量；
2.6.4	高度差测量；
2.6.5	图像数据输出；
2.6.6	光盘刻录自带光盘剩余容量提示，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号；
2.6.7	可制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘；
2.6.8	自带DICOM VIEWER；
2.6.9	可在任何PC上回放光盘；
2.6.10	激光相机DICOM Printer接口；
2.6.11	输出自定义特殊布局胶片；
2.6.12	冗余打印功能；
2.6.13	实现多病人影像在同一胶片上打印；
2.6.14	最大密度投影（MIP）；
2.6.15	多平面重组（MPR）；
2.6.16	表面重建（SSD）；
2.6.17	体重建（VR）；
2.6.18	曲面重建；
2.6.19	仿真内窥镜功能（VE）；
2.6.20	模拟手术刀功能；
2.6.21	血管扫描成像功能
2.7	微辐射平台
★2.7.1	提供最新最先进的微辐射影像重建技术，要求提供ASIR-V或Admire或iDose4或KARL 3D，并提供技术白皮书
2.7.2	提供技术白皮书
2.7.3	提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术
2.7.4	提供多模型影像重建技术
2.7.5	微辐射迭代重建速度 ≥ 32 幅/秒，并提供相应证实文件
2.7.6	微辐射迭代重建能降低剂量 $\geq 80\%$
2.7.7	微辐射迭代重建50%剂量 $\geq 35\%$ 影像质量提升

2.7.8	微辐射迭代重建100%剂量 \geq 68%影像质量提升
2.7.9	具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移
2.7.10	具备无蜡像状伪影成像技术
2.7.11	具备低光子无伪影成像技术
2.8	高级金属伪影去除平台
2.8.1	有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域
2.8.2	可有效降低复杂、较大金属植入物伪影
2.8.3	可生成原始图像和去伪影后图像两组数据
2.8.4	去除金属伪影同时减低图像噪声
2.8.5	一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描
2.8.6	在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影
2.8.7	自动去除金属伪影，不需要额外后处理
2.8.8	具备骨伤鉴定应用
★2.9	高级影像后处理工作站系统，提供原厂工作站，如AW4.7、Syngo.via、Intellispace Portal 提供技术白皮书证明
2.9.1	CPU型号：投标人说明
2.9.2	主频： \geq 3.2GHz
2.9.3	内存： \geq 16GB
2.9.4	硬盘容量： \geq 1TGB
2.9.5	图像存储量： \geq 1,000,000幅(512X512)
2.9.6	DVD-RW：标配
2.9.7	显示器： \geq 24" 液晶
2.9.8	图像格式、传输存储：DICOM 3.0
2.9.9	可提供中英文两种系统任用户选择：标配
2.9.10	1000M/100M自适应网卡：标配
2.9.11	激光胶片相机DICOM接口：标配
2.9.12	支持相同病人不同部位或不同扫描序列图像的同胶片打印：标配
2.9.13	支持不同病人图像的同胶片打印：标配
2.9.14	支持规则分格；预置多种不规则分格：标配
2.9.15	单格图像缩放；选中的多分格缩放：标配

2.9.16	支持自定义分格；支持图像的复制、粘贴、剪切、删除、重组和合并：标配
2.9.17	支持胶片分页处理：标配
2.9.18	打印版面保存：标配
2.9.19	胶片导出与导入：标配
2.9.20	支持后台打印：标配
2.9.21	专业组织透镜的胶片打印：标配
2.9.22	支持多台激光胶片相机的连接：标配
2.9.23	可直接调节激光胶片相机：标配
2.9.24	一键式全自动去骨
2.9.25	可根据造影强度选择弱、中、强去骨，可调整去骨强度和去骨范围：标配
2.9.26	支持头颈部、头部、四肢和胸腹部去骨：标配
2.9.27	一键式自动减影，自动识别并加载CT增强图像和CT平扫图像：标配
2.9.28	混合显示骨与非骨组织：标配
2.9.29	去床板功能：标配
2.9.30	血管分析功能
2.9.31	保存、导入当前血管和骨分离结果：标配
2.9.32	可提取多段血管：标配
2.9.33	自定义血管染色方案：标配
2.9.34	血管段曲面重建(CPR)：标配
2.9.35	调整中心线、血管长度测量、与三维图像旋转同步、CPR图像保存、打印到胶片、垂直翻转：标配
2.9.36	血管段拉直分析：标配
2.9.37	血管截面图分析：横截面积、平均直径、长轴长度、短轴长度、显示截面图、截面图旋转，打印截面图到胶片：标配
2.9.38	血管直径测量：标配
2.9.39	血管狭窄分析：标配
2.9.40	模拟血管内超声：标配
2.9.41	血管仿真内窥：标配
★2.10	AI肺结节人工智能筛查系统平台
2.10.1	提供肺结节CT图像智能分析检出产品
2.10.2	提供肺炎CT图像智能分析检出产品

2.10.3	标记结节，针对可能存在的遗漏结节，用户可手动勾画结节检出框
2.10.4	自动识别肺结节，位置标记，肺结节检出列表，肺结节智能分类
2.10.5	肺结节随访定量分析
2.10.6	肿瘤倍增时间自动计算
2.11	附属配套
2.11.1	高压注射器（进口品牌）具备（LF双筒高压注射器）
2.11.2	具备肺结节智能随访分析系统
2.11.3	具备原厂骨伤评估及超清平台的细微骨伤评估平台，
2.11.4	原厂后处理工作站
2.11.5	提供JUSHA 3M显示屏两台
2.11.6	PACS软件对接费用由供应商承担
2.11.7	服务器及磁盘阵列各一套（由甲方指定）
2.11.8	急救设备品牌（除颤仪）一台
2.11.9	环评预控费用（放射预评、放射控评）
2.11.10	全套桌椅（CT操作间专用桌椅）
2.11.11	主机电脑需提供一台UPS（稳压电源）
2.11.12	配备一台电脑安装PACS系统
▲2.12	投标时需提提供质保期后每年全包（包括球管、平板、高压发生器）维保费用

二、资格证明文件：

- 2.1 企业法人营业执照副本（复印件）。
- 2.2 医疗器械经营企业许可证（复印件）。
- 2.3 医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件）。
- 2.4 制造商专项产品授权委托书。
- 2.5 法人代表授权书。

三、产品质量证明文件：

- 3.1 CFDA证明书。
- 3.2 提供壹套（中、英文各一套）操作说明书。
- 3.3 计量器具型式批准证书。

3.4 提供完整的原始参数(DATA SHEET)。

四、运输、安装、调试：

由供应商负责，最终通过用户及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

五、技术服务：

5.1 设备安装后，按国际和国家标准及厂家标准进行质量验收。供应商提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。

5.2 保证仪器设备终生免费软件升级。

六、技术培训要求：

现场培训：供应商提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。附A4纸仪器简易开关机操作手册。

七、计量费用：仪器验收交付使用前应出具合格的（南京市计量器具型式批准证书）计量所产生的费用由供应商承担。

八、交货时间：

合同签订后60天内交货。

九、付款方式：

合同签订后首付款30%，设备全部到位首次开箱验收合格付款65%，余款5%仪器交付验收合格使用一年后付清。

十、交货地点：

南京市职业病防治院指定地点（南京市花园路4号）。

十一、售后服务：

11.1 原厂工程师售后服务，在国内（南京）设有维修站和服务网络，并配有零配件仓库，终身维修。

11.2 自验收报告签字合格之日起进入保修期，保修范围包括整机（包括球管、平板探测器等）及所有附属配套设备。质保期内每年不少于壹次维保工程师上门维护保养。

11.3 原厂免费保修一年，需原厂出具保修证明，质保期后，供应商应提供终生服务，保证零配件的供给（零配件的供应不少于十年），终身提供原厂易损配件，上门维修时只收配件费用，不收维修费（包括车船费等其它杂支，需厂家提供免费证明）。

11.4 供应商接到报修请求应及时应答，2小时内响应，24小时内解决问题（包括所有节假日）。

第五章 投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评标索引

【请根据评分办法制作本表】

评标项目	评分要求	所在页码

一、投标函、投标报价及项目相关文件

1. 投标函

江苏省招标中心有限公司：

你们 _____（项目名称、项目编号）_____ 招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1. 我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2. 我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3. 我们同意按照招标文件第一章“供应商须知”第13条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5. 我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6. 如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费；为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称： _____（公章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2. 开标一览表

项目编号:

项目名称	
完成时间	
投标总价格	
投标保证金 (请打√)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有

供应商名称:

供应商公章:

授权代表(签字):

日期:

注意:

- 1、 开标一览表除了装订在投标文件中以外,还需要提供单独密封的开标一览表一式两份(两份密封在一个信封中)。单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用,如未提交,不构成投标文件的完整性偏离。

3. 报价明细表

(参考格式)

序号	服务内容	报价	备注 (收费依据、收费标准等)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
投标报价总计		大写：人民币_____元 小写：¥_____	

供应商名称：

供应商公章：

授权代表(签字)：

日期：

注：(1)供应商可以对相关内容进行补充完善，以保证项目的完整性，行数可自行添加。

二、资格证明文件

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件
(复印件)

2、财务状况报告
开标时间前的财务报表复印件

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函(自行编写)

我公司郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称(公章)：

授权代表签字：_____

日期：_____年月日

4、依法缴纳税收记录

提供距开标时间六个月内任一月份的纳税凭据复印件(依法免税的应提供相应文件说明)

5、社会保障资金缴纳记录

距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件(凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明)

6、参加本政府采购项目前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件(自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。)

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：

授权代表签字：_____

日期：_____年月日

7、其它必要资格证明文件

三、其他相关文件

1. 法人授权委托书

法人授权委托书

致江苏省招标中心有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地 址： 法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期： 年月日

所在单位： 职务：

身份证： 联系方式：

兹委托受托人合法地代表我单位参加江苏省招标中心有限公司组织的(项目编号为：)项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____ (公章)

法定代表人 _____ (签名)

二〇二一年月日

四、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件的实施方案

1、商务条款偏离表

供应商名称： 项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

- 注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

2、技术要求响应/偏离表

供应商名称：

项目编号：

序号	招标文件技术要求	投标文件技术指标情况	响应/偏离情况	必要的证明材料所在页码

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2. 作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、相关业绩

序号	项目名称	项目时间	合同金额 (人民币)	业主单位及联 系电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

注：按照评标办法要求提供相关证明材料

4、获奖情况

注：按照评标办法要求提供相关证明材料

5、相关认证

注：按照评标办法要求提供相关证明材料

6、技术方案

根据采购文件需求提供。

7、投入项目人员

根据采购文件需求提供。

8、售后服务方案

五、其他针对“第三章 投标邀请”中“评标办法”的相关内容

(所有“评标办法”中涉及,但是在投标文件格式中未提供具体目录和格式的内容。)

六、政府采购政策

(不适用的可以不用提交)

(一) 政府采购促进中小企业发展政策

(请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函)

1、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为_____的_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位（公章）：

日期：年月日

3. 监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(二) 政府采购节能产品政策

- 1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
- 3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
- 4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

投标商（公章）：项目编号：

序号	在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称	产品名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	节能产品认证证书证书编号	单价 (元人民币)	总价 (元人民币)
其中，节能产品总计：								

授权代表（签字）：

日期：年月日

(三) 政府采购环境标志产品政策

- 1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。
- 3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
- 4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

投标商（公章）：项目编号：

序号	在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称	产品名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	环境标志产品认证证书证书编号	单价 (元人民币)	总价 (元人民币)
其中，环境标志产品总计：								

授权代表（签字）：

日期：年月日