




附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称: VITEK DensiCHEK 蓝牙比浊仪		
	供应商名称: 南京艾塔医疗器械有限公司		
专业人员论证意见	该设备为梅里埃原厂专属配套比浊仪, 采用蓝牙无线传输技术, 与梅里埃鉴定药敏系统唯一匹配, 可实现浊度结果自动上传、数据溯源及质量控制, 非原厂设备无法兼容使用。为保证检测结果准确、系统稳定运行及工作流程合规, 只能从唯一授权供应商处采购, 符合单一来源采购条件。		
专业人员签字	职称	工作单位	联系方式
	高工	南京艾塔医疗器械有限公司	13805176698
	研工	江苏宏嘉	13327839020
	副主任医师	江苏省第二中医院	1351752527